

## **FALSIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DEL PRODUCTO EUTIROX® (LEVOTIROXINA SÓDICA) TABLETA 100 MCG**

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta a los profesionales de la salud y a la población en general sobre la falsificación y comercialización ilegal del producto Eutirox® (levotiroxina sódica) tableta 100 mcg, con números de lote M16806 y M31772, fabricado por la empresa Merck, S. A. de C.V., titular del registro sanitario en México (Figura 1).

Este documento se emite como resultado del análisis técnico y de la evaluación de la información proporcionada por Merck Biopharma Distribution S.A. de C.V., quien informó que recibió reportes sobre la ineficacia de Eutirox® (Levotiroxina sódica) tableta 100 mcg, con número de lote M16806, el cual presenta diversas irregularidades en los empaques primario y secundario, por lo que se considera un producto falsificado. Respecto al lote M31772, no fue liberado para el mercado mexicano, lo que hace que su comercialización sea ilegal.

Figura 1: Características para identificar los lotes

### Características para identificar el producto



El blíster del lote **M16806** presenta un doble círculo en el espacio de los comprimidos



El número de lote **M31772** no fue distribuido a México para su comercialización

El CECMED tiene Registro Sanitario del producto Eutirox® (levotiroxina sódica) tableta 100 mcg, del titular Merck, S. A. de C.V., México, aunque los números de lote M16806 y M31772, e no han sido autorizados para su importación; no obstante, teniendo en cuenta que viajeros internacionales pueden adquirirlo, el CECMED recomienda:

- **A la población no adquirir los lotes M16806 y M31772 del producto Eutirox® (levotiroxina sódica) tableta 100 mcg, ya que se desconoce el origen, las condiciones de fabricación y de almacenamiento y por tanto puede estar comprometida su calidad, seguridad y eficacia y constituyen un riesgo para la salud de la población.**
- **A los profesionales de la salud: en caso de identificar este producto o detectar sospechas de reacciones adversas asociadas a su uso, notificar al correo: [vigilancia@cecmecd.cu](mailto:vigilancia@cecmecd.cu) o a los teléfonos 72164372, 72164352, 72164136.**

Disponible en:

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/924846/Alerta\\_Sanitaria\\_Eutirox\\_02072024.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/924846/Alerta_Sanitaria_Eutirox_02072024.pdf)

La Habana, 24 de julio de 2024